

RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 #5742

RCLS・チェックアイDX：適応コード部位修正の項目について

2025/01/20 15:25 - 小門 亜優美

상태:	終了	시작시간:	2025/01/20
우선순위:	今すぐ	완료기한:	2025/01/20
담당자:	小門 亜優美	진척도:	90%
범주:		소요 시간:	0.00 시간
顧客ID:	-----	시스템:	CheckEye DX, RC-LS クラウド
医療機関名:	-----	カルテ番号:	00000
完了通知日:		診療年月:	00000
医療機関コード:		業務区分:	修正
설명			
適応コード部位修正の下記4項目について、点検対象がoffになっているので、onに変更してください。			
RCLS・チェックアイDXを使用中の、すべての顧客へ適用をお願いします。			
今すぐの対応をお願いします。			
820181220 撮影部位（単純撮影）：胸部（肩を除く。）			
820182800 撮影部位（CT撮影）：頭部（副鼻腔）			
820183620 撮影部位（単純撮影）：頭部（副鼻腔に限る。）			
820183630 撮影部位（MRI撮影）：頭部（副鼻腔）			

이력

#2 - 2025/01/20 15:54 - 姜 俊豪

- 상태를(를) 新規에서 解決(으)로 변경되었습니다.
- 담당자를(를) 姜 俊豪에서 小門 亜優美(으)로 변경되었습니다.
- 진척도를(를) 0에서 90(으)로 변경되었습니다.

수정 사항을 반영하여, 2025-01-20 15:53:41에 서버를 재기동하여 대응을 완료했습니다.

#3 - 2025/01/20 15:58 - 小門 亜優美

迅速にご対応いただき、ありがとうございました！

#4 - 2025/01/20 16:53 - 小門 亜優美

- 상태를(를) 解決에서 終了(으)로 변경되었습니다.